

ข้อ	ปัญหาดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพระบบ รังสีวินิจฉัยของโรงพยาบาล	หน่วยงาน (รพ.)					
		เขาคกรรจ	อรัญฯ	วัฒนาฯ	วังน้ำเย็น	วังสมบูรณ์	รพร.
1	ขาดแคลนนักรังสีการแพทย์	✓	✓		✓	✓	✓
2	การ refer ภาพรังสีไป รพร.ต้องส่งภาพทาง cloud ตามข้อตกลงระดับจังหวัด แต่แพทย์บางท่าน ให้ส่งเป็น CD ทำให้การทำงานช้าซ้อนเพิ่มภาระงาน และสิ้นเปลืองทรัพยากร	✓					✓
3	ขาดทักษะการใช้งานระบบ PACS	✓			✓		
4	ระบบ internet โรงพยาบาลไม่เสถียร บางครั้งส่งภาพช้า หรือ ส่งไม่ได้	✓					
5	สถานที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดเก็บเครื่องเอกซเรย์		✓				
6	ความปลอดภัย ยังมีส่วนขาดตามมาตรฐานในเรื่องหม้อแปลงไฟแยกเฉพาะแผนก			✓			
7	ขาดการทบทวนบริบทการใช้ Ambu bag และถังออกซิเจนที่เตรียมพร้อม			✓			
8	คู่มือบุคลากรใหม่ จะทำเล่มแจกแก่เจ้าหน้าที่ใหม่ ตามแผนกจะได้เป็นรูปแบบไฟล์			✓			
9	ไม่มีหน่วยงานมาสอบเทียบเครื่องมืองานรังสี				✓	✓	
10	สถานที่ห้องปฏิบัติงาน ห้องล้างฟิล์ม มีกลิ่นเหม็น					✓	